


Analita **HBSAG**

Strumento

**Beckman  
Coulter  
Access 2**

Metodo **Chemiluminescence**

**Distribuzione risposte**



● NEGATIVO ● DUBBIO ● POSITIVO

<b>Nr Partecipanti</b>	<b>113</b>		
Percentuale risposte NEGATIVO	<b>5,31 %</b>	<b>Misura</b>	<b>POSITIVO</b>
Percentuale risposte POSITIVO	<b>94,69 %</b>	<b>Valore assegnato</b>	<b>POSITIVO</b>
Percentuale risposte DUBBIO	<b>0,00 %</b>	<b>Indice di prestazione</b>	<b>ACCETTABILE</b>

GENNAIO 2019  
ACCETTABILE

APRILE 2019  
ACCETTABILE

LUGLIO 2019  
ACCETTABILE